

Declaração CE de Conformidade

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto,
2135-311 Samora Correia
Portugal

Declara que os seguintes dispositivos médicos:

**TORNEIRAS E PROLONGAMENTOS PARA
ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES –**
REF: - AMT0012, AMT0034, AMT0035, AMT0121 e
AMT0170

Cumprem os requisitos essenciais do Anexo I da Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 (alterada pela Diretiva 2007/47/CE, relativa aos dispositivos médicos, transposta para a lei Portuguesa e decretos aplicáveis.

A conformidade destes produtos de classe I estéril (regras de classificação do anexo IX da Diretiva acima mencionada) foi avaliada de acordo com o anexo V da Diretiva de acima sob a supervisão do Organismo Notificado Número 0086, BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP Country : United Kingdom

EC Declaration of Conformity

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto,
2135-311 Samora Correia
Portugal


Declare that following medical devices:

STOPCOCKS AND EXTENSION SETS –
REF: - AMT0012, AMT0034, AMT0035, AMT0121 e
AMT0170

Comply with the essential requirements of the Annex I of the Directive 93/42/EEC of June 14, 1993 (amended by Directive 2007/47/EC concerning medical devices, transposed in Portuguese Law and the applicable de decrees.

The conformity of these products of class I sterile (classification rules of Annex IX of the above Directive) has been assessed according Annex V of the above Directive under the supervision of Notified Body Number 0086, BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP Country : United Kingdom

Data/Date: 27/09/2018

Assinatura / Signature: 
PRÓDUTOS MÉDICO HOSPITALARES, S.A.
José C. COELHO, N.º 502 376 899
Diretor de Produção / Production Director
PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA



Declaração CE de Conformidade

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto, Samora Correia
Portugal

Declara que os seguintes dispositivos médicos:

PERFURADORES, TRANSFERES, TAMPAS E VÁLVULAS
REF: - AMT0079, AMT0079CUP

Cumprem os requisitos essenciais do Anexo I da Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 (alterada pela Diretiva 2007/47/CE, relativa aos dispositivos médicos, transposta para a lei Portuguesa e decretos aplicáveis.

A conformidade destes produtos de classe I estéril (regras de classificação do anexo IX da Diretiva acima mencionada) foi avaliada de acordo com o anexo V da Diretiva de acima sob a supervisão do Organismo Notificado Número 0086, BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP Country : United Kingdom

EC Declaration of Conformity

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto, Samora Correia
Portugal

Declare that following medical devices:

SPIKES, TRANSFERS SPIKES, CAPS AND VALVES
REF: - AMT0079, AMT0079CUP

Comply with the essential requirements of the Annex I of the Directive 93/42/EEC of June 14, 1993 (amended by Directive 2007/47/EC concerning medical devices, transposed in Portuguese Law and the applicable de decrees.

The conformity of these products of class I sterile (classification rules of Annex IX of the above Directive) has been assessed according Annex V of the above Directive under the supervision of Notified Body Number 0086, BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP Country : United Kingdom

Data/Date: 27/09/2018

Assinatura / Signature:


P.M.H.
José Cordeiro
Direção de Produção / Production Director
PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA

2135-311 SAMORA CORREIA
TEL.: + 351 263 650 680 • FAX: + 351 263 650 695



Declaração CE de Conformidade

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto, Samora Correia
Portugal

Declara que os seguintes dispositivos médicos:

SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE –
REF: - AMT0161, AMT0160

Cumprem os requisitos essenciais do Anexo I da Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 (alterada pela Diretiva 2007/47/CE, relativa aos dispositivos médicos, transposta para a lei Portuguesa e decretos aplicáveis.

A conformidade destes produtos de classe IIa (regras de classificação do anexo IX da Diretiva acima mencionada) foi avaliada de acordo com o anexo V da Diretiva de acima sob a supervisão do Organismo Notificado Número 0086, BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP Country : United Kingdom

EC Declaration of Conformity

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto, Samora Correia
Portugal

Declare that following medical devices:

BLOOD ADMINISTRATION SETS –
REF: - AMT0161, AMT0160

Comply with the essential requirements of the Annex I of the Directive 93/42/EEC of June 14, 1993 (amended by Directive 2007/47/EC concerning medical devices, transposed in Portuguese Law and the applicable de decrees.

The conformity of these products of class IIa (classification rules of Annex IX of the above Directive) has been assessed according Annex V of the above Directive under the supervision of Notified Body Number 0086, BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP Country : United Kingdom

Data/Date: 27/09/2018

Assinatura / Signature:

José Cordeiro

Diretor Produção / Production Director
PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA

P.M.H.
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES, S.A.
CONTRIBUINTE Nº 502 376 899
ZONA INDUSTRIAL MURTEIRA, LT 9
SAMORA CORREIA, PORTUGAL



PMH

Declaração CE de Conformidade

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto,
2135-311 Samora Correia
Portugal

Declara que os seguintes dispositivos médicos:

SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOROS –
REF: - AMT0168, AMT0103

Cumprem os requisitos essenciais do Anexo I da Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 (alterada pela Diretiva 2007/47/CE, relativa aos dispositivos médicos, transposta para a lei Portuguesa e decretos aplicáveis.

A conformidade destes produtos de classe I estéril (regras de classificação do anexo IX da Diretiva acima mencionada) foi avaliada de acordo com o anexo V da Diretiva de acima sob a supervisão do Organismo Notificado Número 0086, BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP Country : United Kingdom

EC Declaration of Conformity

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto,
2135-311 Samora Correia
Portugal

Declare that following medical devices:


IV ADMINISTRATION SETS –
REF: - AMT0168, AMT0103

Comply with the essential requirements of the Annex I of the Directive 93/42/EEC of June 14, 1993 (amended by Directive 2007/47/EC concerning medical devices, transposed in Portuguese Law and the applicable de decrees.

The conformity of these products of class I sterile (classification rules of Annex IX of the above Directive) has been assessed according Annex V of the above Directive under the supervision of Notified Body Number 0086, BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP Country : United Kingdom

Data/Date: 27/09/2018

Assinatura / Signature:


P.M.H.
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES, S.A.
CONTRIBUINTE Nº 502 376 899
Diretor Produção / Production Director
ZONA INDUSTRIAL MURTEIRA, LT 9
PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA



PMH

PMH-10-02 REV15

Declaração CE de Conformidade

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto, Samora Correia
Portugal

Declara que os seguintes dispositivos médicos da classe I,
não estéril:

TUBOS DE ASPIRAÇÃO E SACOS DE ASPIRAÇÃO –
REF: - AMT704.2001, AMT704.2100, AMT704.3100

Cumprem os requisitos essenciais do Anexo I da Diretiva
93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 (alterada
pela Diretiva 2007/47/CE, relativa aos dispositivos médicos,
transposta para a lei Portuguesa e decretos aplicáveis.

EC Declaration of Conformity

PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA
Z.I. da Murteira LT9, Porto Alto, Samora Correia
Portugal

Declare that following medical devices class I non sterile:

ASPIRATION TUBES AND ASPIRATION SYSTEMS –
REF: - AMT704.2001, AMT704.2100, AMT704.3100

Comply with the essential requirements of the Annex I of the
Directive 93/42/EEC of June 14, 1993 (amended by Directive
2007/47/EC concerning medical devices, transposed in
Portuguese Law and the applicable de decrees.

Data/Date: 27/09/2018

Assinatura / Signature:


PMH
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES, S.A.
José Cardo
CONTRIBUINTE N.º 502 376 899
Direção Produção / PRODUCTION DIRECTOR
ZONA INDUSTRIAL MURTEIRA, LT 9
PMH - Produtos Médico Hospitalares, SA



PMH